

완제품 시험 성적서

제 품 명	늘푸른황사방역용마스크 KF-94 대형				
제 조 번 호	200805911	시 형 번 호	P-07146	제 조 수 량	147.100개
제 조 일 자	2020.08.05	시 형 일 자	2020.08.06	검 체 채 취 자	신영진
접 수 일 자	2020.08.05	채 취 장 소	완제품 창고	검 체 채 취 량	20개
규 격	KQC			채 취 방 법	Random

순번	시 험 항 목	시 험 기 준	시 험 결 과	적	부	시 험 자
1	성 상	흰색의 3단 가로 접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	흰색의 3단 가로 접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	o		조두빈
2	형 상					
1)	가로	220±5mm	219mm	o		조두빈
2)	세로	78±5mm	80mm	o		조두빈
3)	고정용 끈 길이	a. 좌 155±10mm	157mm	o		조두빈
		b. 우 155±10mm	155mm	o		조두빈
3	순도시험					
1)	색소	색을 띠지 않음	색을 띠지 않음	o		조두빈
2)	산	홍색을 띠지 않음	홍색을 띠지 않음	o		조두빈
	알칼리	적색을 띠지 않음	적색을 띠지 않음	o		조두빈
3)	형광증백제	형광을 나타내지 않음	형광을 나타내지 않음	o		조두빈
4)	포름알데히드	비교액 보다 진하지 않음	비교액 보다 진하지 않음	o		조두빈
4	고정용 머리끈 접합부의 인장강도					
1)	인장강도	10N 이상	26.6N	o		조두빈
5	안면부 흡기저항					
1)	흡기저항 측정치	개개의 측정치 70Pa 이하	11.3Pa	o		조두빈
6	분진포집효율					
1)	분진포집효율	개개의 측정치 94% 이상	99.9%	o		조두빈
종합판정	판정일자			담당자	책임자	
적 합	2020.08.07			조두빈		